

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zakázky: Jednorázové rouškovací sety
Číslo zakázky: VZ/2019/3/02-1/O
Forma zadání: veřejná zakázka malého rozsahu; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Kroměřížská nemocnice a.s.
Adresa sídla: Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01
IČO: 27660532
Datová schránka: 2k3eut8
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Liškář, MBA, místopředseda představenstva
Marie Ondruchová, administrátor veřejných zakázek,
Kontaktní osoba: marie.ondruchova@nem-km.cz,
+420 730 589 345, +420 573 322 280

Zadavatel Vám zasílá následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu zadavatel uvádí v bodě 2. Předmět veřejné zakázky a jeho specifikace: „ Zónová rouška – rouška dvouvrstvá, která je zesílená extra savou zónou v oblasti operačního pole na 4 vrstvy. Savá zóna obsahuje spodní vrstvu, nepropustnou (folii).

Ze zkušeností a znalostí operativy víme, že i jiné konstrukce roušek např. dvouvrstvá + zóna bez PE folie na její spodní straně, je dostatečná pro operační obory jako je traumatologie, ortopedie. Tato konstrukce splňuje technologické parametry podle normy EN 13795+A1 (tzn. odolnost vůči penetraci tekutinami, odolnost vůči penetraci mikroby za vlhka) pro kritickou oblast a ve vysoké kvalitě.

Domníváme se, že tento požadavek na konstrukci roušek je neopodstatněný a může vést k eliminaci významné skupiny dalších uchazečů.

Žádáme proto zadavatele, aby tento požadavek přehodnotil.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i jinou Vámi navrhouvanou konstrukci roušek.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje předložit současně s cenovou nabídkou i vzorky nabízených sterilních setů v počtu dle přílohy č.7 a to k jejich posouzení v rámci ekonomické výhodnosti nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je 11.9.2019 12:00.

Požadavek na dodání sterilních vzorků v takto krátké lhůtě je technicky nemožný. Žádáme o posunutí termínu, tak aby bylo možné požadované sety sestavit, vyrobit a vysterilizovat, což ve většině případů trvá minimálně 6 týdnů.

Odpověď na dotaz č. 2

Kroměřížská nemocnice a.s.	Zadávání veřejných zakázek Příloha č. 8	VS M 001/18
----------------------------	--	-------------

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje v „Dílní hodnotící kritérium č. 2 Technické vlastnosti nabízených setů. V oddíle: c) pevnost v tahu za mokra u dvouvrstvé roušky 15 N a 20N u roušky v zesílené části.

Norma definuje hodnoty požadované pro kritickou oblast ve standardní nebo vysoké kvalitě. Proč zadavatel požaduje rozdílné hodnoty a chce u dvouvrstvé roušky jinou úroveň kvality? Parametr je jen jeden a to 20N u kritické oblasti vysoké kvality.

Odpověď na dotaz č. 3

Sety složené z dvouvrstvých roušek (standardní kvalita) – nižší hodnota, set obsahující zónové rouškování (vyšší kvalita) – vyšší hodnota.

Dotaz č. 4

Zadavatel uvádí ve specifikaci předmětu veřejné zakázky:

Set sekční – 1 x rouška na císařský řez s otvorem **35 x 280cm** s incizní folií v které je otvor se záchytným vakem kruhovým s výztuží molitanovou a výpustí.

Žádáme o upřesnění rozměrů sekční roušky a přesné uvedení rozměru výseku v incizní folii.

Set na radiální přístup - 1 x rouška 200 x 300 cm s excentrickým samolepícím otvorem 10 cm na radiální přístup

Žádáme o náčrt roušky, nebo upřesnění zda se jedná pouze o jeden otvor nebo více otvorů pro radiální přístupy z levé i pravé ruky. O umístění tohoto otvoru od okraje roušky.

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel poskytuje upřesňující náčrty – viz. příloha.

Informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek


Zadavatel posoudil dopad shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Lhůta pro podání nabídek: **7. 10. 2019, 12:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 bude rovněž uveřejněno na adrese nemocnice

www.nem-km.cz.


Kroměříž 05. 09. 2019


Ing. Petr Liškář, MBA
místopředseda představenstva



SET SEKČNÍ

ROUŠKA NA ČISAŘSKÝ ŤEZ



SET NA RADIALNÍ PŘÍSTUP

